一、紫外线灯车

医用可移动式双管紫外线消毒灯，电源 220V，灯管 180 度自由调整角度，自动定时功能，自动断电

二、床单位消毒机

- 1、消毒程序：具有抽真空、充臭氧、消毒保持、解析功能。
 - 2、专用不锈钢陶瓷臭氧发生器臭氧浓度高、寿命长，消毒能力强。
 - 3、采用新型臭氧解析技术，消毒结束后进行臭氧解析，无残留。
 - 4、要求能同时对二张床位进行消毒，充分提高床位利用率。
 - 5、消毒过程全自动智能控制 1-90min，亦可手动操作，可在任意状态进行各个过程时间的设定，操作更方便。
 - 6、定时时间可根据需要设定并记忆，操作更方便。
 - 7、臭氧发生器无臭氧产生时会自动报警并停机保护。
 - 8、输入功率 $\leq 300\text{VA}$ ，输出压力 20kpa，噪音 $< 46\text{db(A)}$
 - 9、保证物品的消毒效果，要求工作时床单位内臭氧浓度 $\geq 1400\text{mg/m}^3$ （提供省疾控中心检测报告）。
 - 10、消毒结束后臭氧泄漏量 $< 0.16\text{mg/m}^3$ （提供省疾控中心检测报告）
 - 11、产品通过 ISO9001 认证标准
 - 12、产品生产企业通过 ISO13485 认证
 - 13、产品生产企业通过 CE 认证
- 配置要求：2 个可重复使用消毒袋，20 个一次性床罩、20 个一次性床袋。

三、空气消毒机（壁挂，柜式，移动式）

- 1、可在有人的情况下连续消毒；
- 2、长寿命、高强度紫外线杀菌，灯管寿命 $\geq 5000(\text{h})$ 。
- 3、初效、高效过滤网双重过滤；出风量大、使用寿命长；
- 4、光触媒（ TiO_2 ）活性炭抗菌除异味，
- 5、负离子清新净化空气，负氧离子释放量 $\geq 6 \times 10^6(\text{个}/\text{m}^3)$
- 6、风速（高、中、低）可调，风向多向循环；
- 7、微电脑程控自动运行，工作时间自动记录显示，远红外遥控操作。
- 8、紫外线故障自动监测、带紫外线强度显示功能。
- 9、机外紫外线泄露量 $< 0.1(\mu\text{w}/\text{cm}^2)$ （提供省疾控中心检测报告）

- 10、机内紫外线强度 ≥ 23800 ($\mu\text{w}/\text{cm}^2$)
- 11、开机 90 分钟后臭氧浓度 < 0.02 (mg/m^3) (提供省疾控中心检测报告)
- 12、保证产品的消毒效果, 消毒后残留平均菌落数 < 19 (cfu/m^3) 自然菌的消亡率 $> 98\%$ 。(提供省疾控中心检测报告)
- 13、对白色葡萄球菌的杀灭率 $\geq 99.90\%$ 。(提供省疾控中心检测报告)
- 14、电源均为 $220\text{V} \pm 10\%$ 频率为 $50\text{HZ} \pm 1$, 噪音: $< 45\text{db(A)}$ 功率 $\leq 185\text{W}$
15. 为保证产品消毒效果和后期的维护, 要求设备和机器内紫外线灯管必须是同一个厂家生产 (提供同款机型省疾控中心关于紫外线灯管强度检测报告)。
16. 设备开启后 90 分钟内紫外线辐照强度 ≥ 160 ($\mu\text{w}/\text{cm}^2$)
17. 生产企业具有开发研究消毒设备的能力, 提供医用消毒设备产品研发机构证书。

注: 1、以上所有产品参数仅供参考, 如有相关可满足临床需求的其他产品可提前来我院进行推荐确认, 产品必须满足相关消毒灭菌规范需求。

2、以上所有产品均按照单价报价, 产品保修不低于两年。

3、经营企业必须同时对以上所有产品进行报价, 均统计在一份标书内, 标书内必须提供报价清单、产品相关资质、产品彩页等。